schülke



Tekutý enzymatický mycí přípravek s dezinfekčními účinky, vhodný pro manuální čistění a dezinfekci endoskopů a chirurgických nástrojů.

gigazyme® X·tra

Naše plus

- Obsahuje trojkombinaci enzymů - lipáza, proteáza, amyláza
- Excelentní čistící schopnost a mimořádná šetrnost k endoskopům a nástrojům
- Vhodný na manuální čištění a také pro uzv myčky
- Dezinfekční účinnost na bakterie, fungi a viry (HIV/HBV/HCV)
- Vynikající materiálová kompatibilita
- Krátká doba expozice do 15 min.
- Příjemná vůně

Oblast použití

gigazyme® X•tra je vynikající čistič na termostabilní i termosensitivní nástroje všech druhů, a to díky vyvážené receptuře obsahující kombinaci vysoce účinných enzymů a povrchově aktivních látek. Současně, díky dezinfekčním účinkům na bakterie, viry a fungi, je personál ochráněn před případnou kontaminací nebezpečnými patogeny, jako je např. HIV a HBV.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na obalené viry
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pro čištění a dezinfekci nástrojů se ředí studenou vodou na požadovanou koncentraci. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou. Pracovní roztok je použitelný po dobu 1 dne v závislosti na znečištění. Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků. Nedoporučuje se míchat **gigazyme X•tra** s jinými detergenty.

Certifikáty/Normy

RKI LISTED CE 0297

Složení

7.7 g Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), 0.4 g Polyhexamethylenbiguanid
*

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Skladujte v původní nádobě.
Při endoskopických vyšetřeních se často používají lékařské lubrikační gely (s lokálním anestetickým účinkem nebo bez něj). Když se pracovní roztoky a koncentráty **gigazyme® X•tra** dostanou do kontaktu s takovými gely, existuje možnost srážení. Tato reakce může v zásadě nastat u všech produktů obsahujících kationtové dezinfekční prostředky. Proto je třeba se vyvarovat každé směsi produktů a zbytky gelu důkladně smýt.
Doba exspirace: 18 měsíců

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
gigazyme X-tra 2 l FL	5 / karton	4032651984305	70003410
gigazyme X-tra 5 l KA	1 / kanystr	4032651984329	70003411

Aplikační pomůcky

Položka	Položka č.
Dávkovací nástavec pro láhve 2 l	183401
Dávkovací pumpa pro kanystry 5 /10 l	117101
tap for 5/ 10 lt can neutr.	135502

Životní prostředí

Společnost Schülke vyrábí své produkty pomocí moderních a bezpečných postupů při dodržování přísných standardů kvality.schülke manufactures its products using advanced and safe production processes while maintaining high quality standards.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek

schülke

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefon +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky

#2738 / 912530-CZ-cs-CZ-04.03.09.2026
Tyto produktové informace nejsou automaticky aktualizovány